

Żarnów, dn. 14.11.2025 r.

Znak sprawy: IGWK.Z.ZO.71.2025

Wszyscy Wykonawcy

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Gmina Żarnów, jako Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do treści zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy zamawiający dopuści defibrylator spełniający wszystkie wytyczne w OPZ z wyjątkiem:
 - przycisk 'i-Button, jako rozwiązanie równoważne uruchomienie asystenta RKO i metronomu automatyczne
 - możliwością rejestracji na karcie SD, jako równoważne rejestracja w urządzeniu i eksport danych poprzez USB

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

2. Proszę również o doprecyzowania czy wymagają Państwo zmiany trybu dorosły-dziecko poprzez przełącznik czy zmianę elektrod ponieważ w opz uwzględniony jest zarówno przełącznika jak i elektrody dla dorosłych i dla dzieci w zestawie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamianę trybów poprzez wymianę elektrod lub poprzez przełącznik.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia publicznego. Wyjaśnienia są wiążące przy składaniu ofert oraz realizacji zamówienia.

(-) dr Krzysztof Nawrocki

Burmistrz Miasta i Gminy Żarnów